A表

台灣消化系內視鏡醫學會

自動化內視鏡再處理流程評核表

| 流程 | 內容 | 合格 | 不合格 | 備註 |
|--------|------------|----|-----|----|
| 一、裝機 | 1.取出內視鏡 | | | |
| | 2. 裝上內視鏡附件 | | | |
| | 3.接上主機 | | | |
| | 4.接上水瓶接頭 | | | |
| | 5.接上吸引管 | | | |
| 二、開機 | | | | |
| 三、測試功能 | 1.檢查彎曲角度 | | | |
| | 2.送氣/送水 | | | |
| | 3.吸引 | | | |
| | 4.確認鏡頭是否乾淨 | | | |
| | 5.執行白平衡 | | | |

前置清洗評核表

| 流程 | 內容 | 合格 | 不合格 | 備註 |
|--------|------------|----|-----|----|
| 四、前置清洗 | 避免汙染內視鏡不回掛 | | | |
| | 1.擦拭 | | | |
| | 2.吸引 | | | |
| | 3.功能測試 | | | |
| | 4.目視檢測 | | | |
| | 關機(主機+光源機) | | | |
| | (避免交叉感染) | | | |
| | 取下內視鏡手勢 | | | |
| | 蓋上防水蓋 | | | |
| | 5.運送 | | | |

※ 考試時間 3 分鐘

A表 考生注意事項:

一、 裝機:

- 1. 取出內視鏡之標準手勢:
 - (a)插入部不碰觸其他部位
 - (b)手握操作部及連接部
 - (c)不得敲到鏡頭。
- 2. 內視鏡所有的配件接頭須與主機完全接合。
- 二、 開機:確實執行開機,若主機型號不同可詢問考官。

三、 測試功能:

- 1. (a)所有測試功能均需口述並確實執行 (b)角度固定器需放鬆。
- 2. 鏡頭是否乾淨:
 - (a) 需開燈前檢查鏡頭
 - (b) 開燈後看螢幕確認。

四、 前置清洗:

- 1. 為避免汙染,內視鏡不回掛。
- 2. 擦拭插入部須擦到底,不得來回擦。
- 3. 吸引功能於酵素瓶中操作,並口述抽吸方式。
- 4. 功能測試:送氣/送水於清水瓶中操作,並口述測試時間 15 秒。
- 5. 目視檢測內視鏡是否有咬痕和損傷。
- 6. 關機關閉(主機+光源機)。
- 7. 取下內視鏡不得凹折內視鏡。
- 8. 確實蓋上防水蓋。
- 9. 運送(口述即可)。